
L'outil de distribution d'électrodes jetables de 10 mm est emballé dans un plateau stérile avec un couvercle en Tyvek.


- Sortir le plateau de la boîte **AVANT** de l'utiliser dans un environnement stérile.
- Retirer le couvercle en Tyvek pour sortir l'outil stérile.
- Localiser le bouton coulissant de verrouillage de l'aiguille près du haut de la boucle pour les doigts de la poignée.



Note : Humidifier les électrodes avec une solution saline pour faciliter l'insertion à travers la pointe de l'aiguille.



- Option nº1 : chargement de l'électrode avec l'aiguille à 180° :
  - Serrer la poignée jusqu'à la deuxième position de verrouillage et verrouiller la position de l'aiguille en appuyant sur le bouton coulissant.
  - Placer l'extrémité de la broche en argent de l'électrode dans la zone biseautée de la pointe de l'aiguille.
  - Maintenir l'électrode parallèle à l'aiguille pour ne pas endommager la gaine en silicone de l'électrode lors du chargement à travers le tube de l'outil.
  - NE PAS endommager l'électrode en forçant à travers le biseau de l'aiguille.
  - Continuer à pousser l'électrode à travers l'aiguille jusqu'à ce que la pointe de l'électrode s'approche du biseau de l'aiguille.
  - Placer le pouce contre le biseau de la pointe de l'aiguille et tirer l'électrode restante à travers le tube de l'outil. Veiller à ce que la pointe bleue soit complètement dans le biseau de l'aiguille.
  - Vérifier que seule la pointe de stimulation de l'électrode sorte de la pointe de l'aiguille de l'outil de distribution de l'électrode.
  - Tout en tenant la poignée, déverrouiller la position de l'aiguille en appuyant sur le bouton coulissant.



- Option nº2 : chargement de l'électrode avec l'aiguille à 90° :
  - Serrer la poignée jusqu'à la première position de verrouillage et verrouiller l'aiguille en appuyant sur le bouton coulissant.
  - Placer l'extrémité de la broche en argent de l'électrode dans la zone biseautée de la pointe de l'aiguille (1)
  - Maintenir l'électrode parallèle à l'aiguille pour ne pas endommager la gaine en silicone de l'électrode.
  - NE PAS endommager l'électrode en forçant à travers le biseau de l'aiguille.
  - Pousser l'électrode à travers l'aiguille jusqu'à ce que la pointe de l'électrode s'approche de la pointe biseautée.
  - Insérer l'extrémité de la broche en argent de l'électrode dans l'ouverture du tube de l'électrode (2)
  - Continuer à pousser l'électrode à travers le tube de l'électrode jusqu'à ce qu'elle sorte de l'outil.
  - Placer le pouce contre le biseau de la pointe de l'aiguille et tirer l'électrode restante à travers le tube de l'outil. Veiller à ce que la pointe bleue soit complètement dans le biseau de l'aiguille.
  - Vérifier que seule la pointe de stimulation de l'électrode sorte de la pointe de l'aiguille de l'outil de distribution de l'électrode.
  - Déverrouiller la position de l'aiguille en appuyant sur le bouton coulissant.

- À usage unique SEULEMENT. NE PAS restériliser.

Mise au rebut de l'outil de distribution de l'électrode

- Élimination des matériaux d'emballage - élimination des déchets solides conformément aux politiques de l'hôpital
- Toutes les pièces présentant une contamination potentiellement bio-dangereuse - éliminer dans un conteneur de taille appropriée pour objets tranchants bio-dangereux.
- Observer les politiques de l'hôpital pour la méthode d'élimination appropriée.

300 Artino Street
Oberlin, Ohio 44074 U.S.A.
www.synapsebiomedical.com
Tél. : 1-888-767-3770 ext. 137
1-440-774-2488 ext. 137
Fax : 1-440-774-2572


SYNAPSE Biomedical Inc.

Synapse Biomedical - Europe
7 Rue de la Libération
95880 Enghien Les Bains, France
France +33 (0) 9 60 12 44 98
Autres pays européens
+33 (0) 1 64 95 23 99

CE 2797 RÉF 77-0086-1-FR
Rév. C

L'outil de distribution d'électrodes jetables de 10 mm est emballé dans un plateau stérile avec un couvercle en Tyvek.


- Sortir le plateau de la boîte **AVANT** de l'utiliser dans un environnement stérile.
- Retirer le couvercle en Tyvek pour sortir l'outil stérile.
- Localiser le bouton coulissant de verrouillage de l'aiguille près du haut de la boucle pour les doigts de la poignée.



Remarque : Humidifier les électrodes avec une solution saline pour faciliter l'insertion à travers la pointe de l'aiguille.



- Option nº1 : chargement de l'électrode avec l'aiguille à 180° :
  - Serrer la poignée jusqu'à la deuxième position de verrouillage et verrouiller la position de l'aiguille en appuyant sur le bouton coulissant.
  - Placer l'extrémité de la broche en argent de l'électrode dans la zone biseautée de la pointe de l'aiguille.
  - Maintenir l'électrode parallèle à l'aiguille pour ne pas endommager la gaine en silicone de l'électrode lors du chargement à travers le tube de l'outil.
  - NE PAS endommager l'électrode en forçant à travers le biseau de l'aiguille.
  - Continuer à pousser l'électrode à travers l'aiguille jusqu'à ce que la pointe de l'électrode s'approche du biseau de l'aiguille.
  - Placer le pouce contre le biseau de la pointe de l'aiguille et tirer l'électrode restante à travers le tube de l'outil. Veiller à ce que la pointe bleue soit complètement dans le biseau de l'aiguille.
  - Vérifier que seule la pointe de stimulation de l'électrode sorte de la pointe de l'aiguille de l'outil de distribution de l'électrode.
  - Tout en tenant la poignée, déverrouiller la position de l'aiguille en appuyant sur le bouton coulissant.



- Option nº2 : chargement de l'électrode avec l'aiguille à 90° :
  - Serrer la poignée jusqu'à la première position de verrouillage et verrouiller l'aiguille en appuyant sur le bouton coulissant.
  - Placer l'extrémité de la broche en argent de l'électrode dans la zone biseautée de la pointe de l'aiguille (1)
  - Maintenir l'électrode parallèle à l'aiguille pour ne pas endommager la gaine en silicone de l'électrode.
  - NE PAS endommager l'électrode en forçant à travers le biseau de l'aiguille.
  - Pousser l'électrode à travers l'aiguille jusqu'à ce que la pointe de l'électrode s'approche de la pointe biseautée.
  - Insérer l'extrémité de la broche en argent de l'électrode dans l'ouverture du tube de l'électrode (2)
  - Continuer à pousser l'électrode à travers le tube de l'électrode jusqu'à ce qu'elle sorte de l'outil.
  - Placer le pouce contre le biseau de la pointe de l'aiguille et tirer l'électrode restante à travers le tube de l'outil. Veiller à ce que la pointe bleue soit complètement dans le biseau de l'aiguille.
  - Vérifier que seule la pointe de stimulation de l'électrode sorte de la pointe de l'aiguille de l'outil de distribution de l'électrode.
  - Déverrouiller la position de l'aiguille en appuyant sur le bouton coulissant.

- À usage unique SEULEMENT. NE PAS restériliser.

Mise au rebut de l'outil de distribution de l'électrode

- Élimination des matériaux d'emballage - élimination des déchets solides conformément aux politiques de l'hôpital
- Toutes les pièces présentant une contamination potentiellement bio-dangereuse - éliminer dans un conteneur de taille appropriée pour objets tranchants bio-dangereux.
- Observer les politiques de l'hôpital pour la méthode d'élimination appropriée.

300 Artino Street
Oberlin, Ohio 44074 U.S.A.
www.synapsebiomedical.com
Tél. : 1-888-767-3770 ext. 137
1-440-774-2488 ext. 137
Fax : 1-440-774-2572

SYNAPSE Biomedical Inc.

Synapse Biomedical - Europe
7 Rue de la Libération
95880 Enghien Les Bains, France
France +33 (0) 9 60 12 44 98
Autres pays européens
+33 (0) 1 64 95 23 99

CE 2797 RÉF 77-0086-1-FR
Rév. C