Vysvětlivky k symbolům	
	Symbol *Výstraha* je uváděn před výstražnou informací, která má zmírnit riziko, jež není pro obsluhu zřejmé. Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poranění obsluhy nebo pacienta, pokud se jí nezabrání. Symbol elektrického zařízení označuje fyziologické účinky, které nejsou uživateli zřejmé a mohou způsobit poranění.
	Sterilizace gama zářením. Tento jednoduchý a osvědčený postup je bezpečný, spolehlivý a vysoce účinný při sterilizaci jednorázových zdravotnických prostředků. Díky schopnosti proniknout do výrobků uzavřených v konečném obalu podporuje gama záření proces výroby a distribuce tím, že usnadňuje balení výrobku i surovin a zároveň zajišťuje jejich úplnou sterilitu.
	Symbol *Výrobce* je uváděn vedle názvu a adresy výrobce.
	Symbol *Reference* je uváděn před číslem dílu zařízení. Číslo dílu je jedinečný číselný identifikátor zařízení.
	Symbol *Šarže* je uváděn před číslem šarže zařízení. Zařízení vyrobená ve stejnou dobu, ze stejného materiálu a stejných dílů mají společné číslo šarže.
	Symbol *Použít do* je uváděn na zařízeních, kde je indikováno datum, do kdy je třeba zařízení použít. Toto datum je vyjádřeno ve formátu rok a měsíc, přičemž měsíc znamená konec měsíce.
	Symbol *Teplotní meze* na obalech zařízení indikuje přípustné teploty pro přepravu a skladování.
	Symbol *Uchovávejte v suchu* je uváděn na všech obalech zařízení, kde je nutná ochrana obalu před potenciálním poškozením.
	Symbol *Nepoužívejte, je-li obal poškozen* je uváděn na všech obalech zařízení, kde je vyžadována likvidace zařízení v případě poškozeného obalu.
	Symbol *Doprovodná dokumentace* je uváděn na všech obalech zařízení a označuje, že jsou k dispozici návody k použití obsahující další informace.
	Symbol *Zástupce Evropského společenství* označuje identifikaci zplnomocněného zástupce pro distribuci prostředků do Evropského společenství.
	Oznámení o správné likvidaci
	Toto označení znamená, že by přístroj neměl být znovu sterilizován poté, co byl již jednou sterilizován.
	Toto označení znamená, že výrobek je určen pouze k jednorázovému použití a nesmí být použit více než jednou.
	Označuje biologické látky, které ohrožují zdraví živých organismů, především člověka.
	Symbol ***Výrobní číslo*** je uváděn na zařízeních vyžadujících jedinečnou identifikaci.
	***Systém jediné sterilní bariéry s ochranným vnějším obalem.*** Tento symbol označuje systém jediné sterilní bariéry s ochranným vnějším obalem.
	Symbol ***Distributor***. Tento symbol musí být doplněn o název a adresu distributora.
	Symbol ***Země výroby***. Tento symbol identifikuje zemi výroby produktů.
	***Zdravotnický prostředek***. Tento symbol značí, že položka je zdravotnickým prostředkem.
	***Překlad***. Tento symbol značí, že původní informace o zdravotnickém prostředku byly přeloženy a že překlad doplňuje nebo nahrazuje původní informace.
	Jedinečný identifikátor zařízení. Tento symbol značí nosič obsahující jedinečné informace o identifikátoru.
	Symbol *Regulační označení shody* označuje, že zařízení splňuje požadavky směrnice (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.



REF 77-0086-2-CZ Rev. C

Vysvětlivky k symbolům	
	Symbol *Výstraha* je uváděn před výstražnou informací, která má zmírnit riziko, jež není pro obsluhu zřejmé. Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poranění obsluhy nebo pacienta, pokud se jí nezabrání. Symbol elektrického zařízení označuje fyziologické účinky, které nejsou uživateli zřejmé a mohou způsobit poranění.
	Sterilizace gama zářením. Tento jednoduchý a osvědčený postup je bezpečný, spolehlivý a vysoce účinný při sterilizaci jednorázových zdravotnických prostředků. Díky schopnosti proniknout do výrobků uzavřených v konečném obalu podporuje gama záření proces výroby a distribuce tím, že usnadňuje balení výrobku i surovin a zároveň zajišťuje jejich úplnou sterilitu.
	Symbol *Výrobce* je uváděn vedle názvu a adresy výrobce.
	Symbol *Reference* je uváděn před číslem dílu zařízení. Číslo dílu je jedinečný číselný identifikátor zařízení.
	Symbol *Šarže* je uváděn před číslem šarže zařízení. Zařízení vyrobená ve stejnou dobu, ze stejného materiálu a stejných dílů mají společné číslo šarže.
	Symbol *Použít do* je uváděn na zařízeních, kde je indikováno datum, do kdy je třeba zařízení použít. Toto datum je vyjádřeno ve formátu rok a měsíc, přičemž měsíc znamená konec měsíce.
	Symbol *Teplotní meze* na obalech zařízení indikuje přípustné teploty pro přepravu a skladování.
	Symbol *Uchovávejte v suchu* je uváděn na všech obalech zařízení, kde je nutná ochrana obalu před potenciálním poškozením.
	Symbol *Nepoužívejte, je-li obal poškozen* je uváděn na všech obalech zařízení, kde je vyžadována likvidace zařízení v případě poškozeného obalu.
	Symbol *Doprovodná dokumentace* je uváděn na všech obalech zařízení a označuje, že jsou k dispozici návody k použití obsahující další informace.
	Symbol *Zástupce Evropského společenství* označuje identifikaci zplnomocněného zástupce pro distribuci prostředků do Evropského společenství.
	Oznámení o správné likvidaci
	Toto označení znamená, že by přístroj neměl být znovu sterilizován poté, co byl již jednou sterilizován.
	Toto označení znamená, že výrobek je určen pouze k jednorázovému použití a nesmí být použit více než jednou.
	Označuje biologické látky, které ohrožují zdraví živých organismů, především člověka.
	Symbol ***Výrobní číslo*** je uváděn na zařízeních vyžadujících jedinečnou identifikaci.
	Systém jediné sterilní bariéry s ochranným vnějším obalem. Tento symbol označuje systém jediné sterilní bariéry s ochranným vnějším obalem.
	Symbol ***Distributor***. Tento symbol musí být doplněn o název a adresu distributora.
	Symbol ***Země výroby***. Tento symbol identifikuje zemi výroby produktů.
	Zdravotnický prostředek. Tento symbol značí, že položka je zdravotnickým prostředkem.
	Překlad. Tento symbol značí, že původní informace o zdravotnickém prostředku byly přeloženy a že překlad doplňuje nebo nahrazuje původní informace.
	Jedinečný identifikátor zařízení. Tento symbol značí nosič obsahující jedinečné informace o identifikátoru.
	Symbol *Regulační označení shody* označuje, že zařízení splňuje požadavky směrnice (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

REF 77-0086-2-CZ Rev. C