Erläuterung der Symbole	
	Das Symbol *Warnung* geht warnender Information voraus, die Risiken mindern soll, die für den Anwender nicht offensichtlich sind. Weist darauf hin, dass eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen am Bediener oder Patienten führen könnte. Elektrisch betriebene Geräte zeigen physiologische Wirkungen an, die für den Benutzer nicht offensichtlich sind und Verletzungen verursachen können.
	Gamma-Sterilisation. Dieses einfache, bewährte Verfahren ist sicher, zuverlässig und hochwirksam bei der Behandlung von medizinischen Einwegprodukten. Gammabestrahlung unterstützt den Herstellungs- und Vertriebsprozess durch die Fähigkeit, in Produkte einzudringen, während sie sich in der versiegelten Verpackung befinden, indem es möglich wird, sowohl für das endverpackte Produkt als auch die Rohstoffe die vollständige Sterilität des Produkts zu gewährleisten.
	Das Symbol *Hersteller* erscheint neben dem Namen und der Adresse des Herstellers.
	Das Symbol *Referenz* erscheint vor der Teilenummer für das Gerät. Die Teilenummer ist eine eindeutige numerische Kennung für das Gerät.
	Das Symbol *Charge* erscheint vor der Chargennummer für ein Gerät. Geräte, die zur gleichen Zeit aus identischem Material und identischen Teilen hergestellt werden, haben eine gemeinsame Chargennummer.
	Das Symbol *Verwenden bis* erscheint auf Geräten, die einen Hinweis auf das Datum haben, bis zu dem das Gerät verwendet werden darf. Das Datum wird als Jahr und Monat angegeben, wobei sich Monat auf das Monatsende bezieht.
	Das Symbol *Temperaturgrenzen* erscheint auf Geräteverpackungen als Hinweis auf die Lagerungs- und Transporttemperaturgrenzen.
	Das Symbol *Trocken halten* erscheint auf allen Geräteverpackungen, bei welchen die Verpackung vor möglichen Schäden geschützt werden muss.
	Das Symbol *Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung* erscheint auf allen Geräteverpackungen, bei denen das Gerät entsorgt werden muss, wenn die Verpackung beschädigt wurde.
	Das Symbol *Begleitdokumente* erscheint auf allen Geräteverpackungen, für welche Dokumente mit zusätzlichen Informationen zur Verfügung stehen.
	Das Symbol *Vertreter der Europäischen Gemeinschaft* zeigt die Identifizierung des Bevollmächtigten für den Vertrieb von Geräten in der Europäischen Gemeinschaft an.
	Hinweis auf ordnungsgemäße Entsorgung
	Dies weist darauf hin, dass das Gerät nach der Sterilisation nicht erneut sterilisiert werden sollte.
	Dies bedeutet, dass der Artikel nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt ist und nicht mehr als einmal verwendet werden darf.
	Dies weist auf biologische Substanzen hin, die eine Bedrohung für die Gesundheit lebender Organismen, vor allem des Menschen, darstellen.
	Das Symbol für ***Seriennummer*** ist auf Produkten angebracht, die eindeutig gekennzeichnet sein müssen.
	Das ***einzelne Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung.*** Dieses Symbol zeigt ein einzelnes Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung außen an.
	Das Symbol der ***Vertriebsstelle***. Diesem Symbol müssen Name und Anschrift der Vertriebsstelle beigefügt sein.
	Das ***Symbol für das Herstellungsland***. Dieses Symbol kennzeichnet das Herstellungsland der Produkte.
	***Medizinprodukt.*** Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt.
	***Übersetzung***. Dieses Symbol zeigt an, dass die ursprüngliche Information über das Medizinprodukt übersetzt wurde, wodurch die ursprüngliche Information ergänzt oder ersetzt wurde.
	***Eindeutige Gerätekennung***. Dieses Symbol kennzeichnet einen Träger, der eindeutige Kennzeichnungsinformationen enthält.
	Das Symbol *Regulatorische Konformitätskennzeichnung* zeigt an, dass das Gerät der Richtlinie (EU) 2017/745 über Medizinprodukte entspricht.

SYNAPSE Biomedical Inc. CE 2797

REF 77-0086-2-DE Rev. C

Erläuterung der Symbole	
	Das Symbol *Warnung* geht warnender Information voraus, die Risiken mindern soll, die für den Anwender nicht offensichtlich sind. Weist darauf hin, dass eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen am Bediener oder Patienten führen könnte. Elektrisch betriebene Geräte zeigen physiologische Wirkungen an, die für den Benutzer nicht offensichtlich sind und Verletzungen verursachen können.
	Gamma-Sterilisation. Dieses einfache, bewährte Verfahren ist sicher, zuverlässig und hochwirksam bei der Behandlung von medizinischen Einwegprodukten. Gammabestrahlung unterstützt den Herstellungs- und Vertriebsprozess durch die Fähigkeit, in Produkte einzudringen, während sie sich in der versiegelten Verpackung befinden, indem es möglich wird, sowohl für das endverpackte Produkt als auch die Rohstoffe die vollständige Sterilität des Produkts zu gewährleisten.
	Das Symbol *Hersteller* erscheint neben dem Namen und der Adresse des Herstellers.
	Das Symbol *Referenz* erscheint vor der Teilenummer für das Gerät. Die Teilenummer ist eine eindeutige numerische Kennung für das Gerät.
	Das Symbol *Charge* erscheint vor der Chargennummer für ein Gerät. Geräte, die zur gleichen Zeit aus identischem Material und identischen Teilen hergestellt werden, haben eine gemeinsame Chargennummer.
	Das Symbol *Verwenden bis* erscheint auf Geräten, die einen Hinweis auf das Datum haben, bis zu dem das Gerät verwendet werden darf. Das Datum wird als Jahr und Monat angegeben, wobei sich Monat auf das Monatsende bezieht.
	Das Symbol *Temperaturgrenzen* erscheint auf Geräteverpackungen als Hinweis auf die Lagerungs- und Transporttemperaturgrenzen.
	Das Symbol *Trocken halten* erscheint auf allen Geräteverpackungen, bei welchen die Verpackung vor möglichen Schäden geschützt werden muss.
	Das Symbol *Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung* erscheint auf allen Geräteverpackungen, bei denen das Gerät entsorgt werden muss, wenn die Verpackung beschädigt wurde.
	Das Symbol *Begleitdokumente* erscheint auf allen Geräteverpackungen, für welche Dokumente mit zusätzlichen Informationen zur Verfügung stehen.
	Das Symbol *Vertreter der Europäischen Gemeinschaft* zeigt die Identifizierung des Bevollmächtigten für den Vertrieb von Geräten in der Europäischen Gemeinschaft an.
	Hinweis auf ordnungsgemäße Entsorgung
	Dies weist darauf hin, dass das Gerät nach der Sterilisation nicht erneut sterilisiert werden sollte.
	Dies bedeutet, dass der Artikel nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt ist und nicht mehr als einmal verwendet werden darf.
	Dies weist auf biologische Substanzen hin, die eine Bedrohung für die Gesundheit lebender Organismen, vor allem des Menschen, darstellen.
	Das Symbol für ***Seriennummer*** ist auf Produkten angebracht, die eindeutig gekennzeichnet sein müssen.
	Das ***einzelne Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung.*** Dieses Symbol zeigt ein einzelnes Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung außen an.
	Das Symbol der ***Vertriebsstelle***. Diesem Symbol müssen Name und Anschrift der Vertriebsstelle beigefügt sein.
	Das ***Symbol für das Herstellungsland***. Dieses Symbol kennzeichnet das Herstellungsland der Produkte.
	Medizinprodukt. Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt.
	Übersetzung. Dieses Symbol zeigt an, dass die ursprüngliche Information über das Medizinprodukt übersetzt wurde, wodurch die ursprüngliche Information ergänzt oder ersetzt wurde.
	Eindeutige Gerätekennung. Dieses Symbol kennzeichnet einen Träger, der eindeutige Kennzeichnungsinformationen enthält.
	Das Symbol *Regulatorische Konformitätskennzeichnung* zeigt an, dass das Gerät der Richtlinie (EU) 2017/745 über Medizinprodukte entspricht.

SYNAPSE Biomedical Inc. CE 2797

REF 77-0086-2-DE Rev. C