Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Einweg-Elektrodeneinführungsinstrument ist für die Einführung und Zuführung von Schrittmacherelektroden vorgesehen.

Warnhinweise

- Das Einweg-Elektrodeneinführungsinstrument ist für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten vorgesehen. Entsorgen Sie das Gerät nach einmaliger Anwendung. NICHT wiederverwenden.
- Das Einweg-Elektrodeneinführungsinstrument ist ein sterilisiertes Einweggerät. NICHT erneut sterilisieren.
- Das Einweg-Elektrodeneinführungsinstrument umfasst eine Einführungsnadel und ist sehr scharf. Beim Einführen von Elektroden in das Instrument ist Vorsicht geboten.
- Wartungszustand - Vor jedem Gebrauch ist das Einweg-Elektrodeneinführungsinstrument auf Schäden und erkennbare Defekte zu überprüfen. Verwenden Sie das Einweg-Elektrodeneinführungsinstrument nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist, da die sterile Versiegelung nicht mehr gegeben sein könnte.

Wartung und Fehlerbehebung

- Das Einweg-Elektrodeneinführungsintrument kann nicht gewartet werden. Wenn das Gerät vorzeitig ausfällt, wenden Sie sich an den Kundendienst von Synapse Biomedical, um es zur Begutachtung zurückzusenden.

Produktgewährleistung

- Die Haltbarkeit des Einweg-Elektrodeneinführungsinstruments beträgt ein (1) Jahr.

Entsorgung

- Entsorgung von Verpackungsmaterial - Entsorgung fester Abfälle laut Krankenhausrichtlinien
- Alle Teile mit potenziell biologisch gefährlicher Kontamination - In einem entsprechend großen Behälter für biologisch gefährliche, bzw. scharfe/spitze Gegenstände entsorgen.
- Bitte befolgen Sie die Richtlinien des Krankenhauses für die ordnungsgemäße Entsorgung.

SPEZIFIKATIONEN FÜR DAS ELEKTRODENEINFÜHRUNGSINSTRUMENT	
Gerätename	Einweg-Elektrodeneinführungsinstrument
Modell	REF 21-0039-99
Hersteller	Synapse Biomedical, Inc.
Betriebstemperatur	5ºC bis 40ºC (41ºF bis 104ºF)
Lagerungstemperatur	18ºC bis 25ºC (64ºF bis 77ºF)
Abmessungen (in.) [L x B x T]	19” x 5” x 0,75”
Gewicht	156 g
Gehäusematerialien und Konstruktion	Serie 300 Edelstahl / Polykarbonat
Zubehör	Keines
Relative Luftfeuchtigkeit	15 bis 93 %, nicht kondensierend
Umgebungsdruckbereich	700 hPa bis 1060 hPa

Lagerung der Kits:

- Lagern Sie die Kits mit den Einweg-Elektrodeneinführungsinstrumenten vertikal 1 hoch oder horizontal 5

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Einweg-Elektrodeneinführungsinstrument ist für die Einführung und Zuführung von Schrittmacherelektroden vorgesehen.

Warnhinweise

- Das Einweg-Elektrodeneinführungsinstrument ist für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten vorgesehen. Entsorgen Sie das Gerät nach einmaliger Anwendung. NICHT wiederverwenden.
- Das Einweg-Elektrodeneinführungsinstrument ist ein sterilisiertes Einweggerät. NICHT erneut sterilisieren.
- Das Einweg-Elektrodeneinführungsinstrument umfasst eine Einführungsnadel und ist sehr scharf. Beim Einführen von Elektroden in das Instrument ist Vorsicht geboten.
- Wartungszustand - Vor jedem Gebrauch ist das Einweg-Elektrodeneinführungsinstrument auf Schäden und erkennbare Defekte zu überprüfen. Verwenden Sie das Einweg-Elektrodeneinführungsinstrument nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist, da die sterile Versiegelung nicht mehr gegeben sein könnte.

Wartung und Fehlerbehebung

- Das Einweg-Elektrodeneinführungsintrument kann nicht gewartet werden. Wenn das Gerät vorzeitig ausfällt, wenden Sie sich an den Kundendienst von Synapse Biomedical, um es zur Begutachtung zurückzusenden.

Produktgewährleistung

- Die Haltbarkeit des Einweg-Elektrodeneinführungsinstruments beträgt ein (1) Jahr.

Entsorgung

- Entsorgung von Verpackungsmaterial - Entsorgung fester Abfälle laut Krankenhausrichtlinien
- Alle Teile mit potenziell biologisch gefährlicher Kontamination - In einem entsprechend großen Behälter für biologisch gefährliche, bzw. scharfe/spitze Gegenstände entsorgen.
- Bitte befolgen Sie die Richtlinien des Krankenhauses für die ordnungsgemäße Entsorgung.

SPEZIFIKATIONEN FÜR DAS ELEKTRODENEINFÜHRUNGSINSTRUMENT	
Gerätename	Einweg-Elektrodeneinführungsinstrument
Modell	REF 21-0039-99
Hersteller	Synapse Biomedical, Inc.
Betriebstemperatur	5ºC bis 40ºC (41ºF bis 104ºF)
Lagerungstemperatur	18ºC bis 25ºC (64ºF bis 77ºF)
Abmessungen (in.) [L x B x T]	19” x 5” x 0,75”
Gewicht	156 g
Gehäusematerialien und Konstruktion	Serie 300 Edelstahl / Polykarbonat
Zubehör	Keines
Relative Luftfeuchtigkeit	15 bis 93 %, nicht kondensierend
Umgebungsdruckbereich	700 hPa bis 1060 hPa

Lagerung der Kits:

- Lagern Sie die Kits mit den Einweg-Elektrodeneinführungsinstrumenten vertikal 1 hoch oder horizontal 5